

Mielec, dnia 29 października 2019 r.

Powiat Mielecki
ul. Wyspiańskiego 6
39-300 Mielec

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania pn. „*Dostawa ultrasonografu wraz z wyposażeniem*”, numer referencyjny: **WA.272.1.30.2019**

**WYJAŚNIENIA nr I
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 w zw. z ust. 2 i na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przedstawia treść wniosków o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa ultrasonografu wraz z wyposażeniem” wraz z wyjaśnieniami:

WNIOSEK NR 1:

Dotyczy: Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 11 – Konstrukcja i konfiguracja.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie konsoli regulowanej mechanicznie. Nadmieniamy, iż w oferowanym przez nas aparacie regulacja konsoli nie wymaga oddzielnego zasilania.

WYJAŚNIENIA NR 1:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

WNIOSEK NR 2:

Dotyczy: Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 1 – Konstrukcja i konfiguracja.

Czy zamawiający dopuści do postępowania urządzenie posiadające min 3.000.000

procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania. Jest to wystarczająca ilość do zapewnienia bardzo wysokiej jakości obrazowania i diagnostyki, którą zapewnia nasze urządzenie.

WYJAŚNIENIA NR 2:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

WNIOSEK NR 3:

Dotyczy: Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 15 – Obrazowanie i prezentacja obrazu.

Czy zamawiający dopuści aparat posiadający częstotliwość odświeżania obrazu 2D na poziomie 500 Hz?

Maksymalne wartości stosowane w aparatach do diagnostyki na najwyższym poziomie sięgają wartości 20- 50 Hz, które nasze urządzenie jest w stanie osiągnąć.

WYJAŚNIENIA NR 3:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

WNIOSEK NR 4:

Dotyczy: Zapisów SIWZ- wzór umowy § 1 ust.8 ppkt. 1), 2),3),4), 5):

W nawiązaniu do § 1 ust. 8 ppkt. 1), 2), 3),4), 5) zapisu SIWZ – wzór umowy, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od w/w zapisu.

Wyjaśniamy, że wykonywanie napraw w okresie gwarancji przez inny podmiot (nieautoryzowany przez producenta aparatu USG), skutkuje natychmiastową utratą gwarancji na aparat USG. Tylko autoryzowany przez producenta aparatu USG, serwis Wykonawcy jest wyłącznie upoważniony do dokonywania wszelkiego rodzaju napraw gwarancyjnych, gdyż jest odpowiednio przeszkolony przez producenta, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisowania konkretnego modelu aparatu USG.

WYJAŚNIENIA NR 4:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie zapisów SIWZ w ww. zakresie. W okresie gwarancji Zamawiający będzie dokonywał napraw zgodnie z postanowieniami udzielonej gwarancji. Spełnienie powołanych wyżej postanowień umownych będzie miało dla Zamawiającego istotne znaczenie w sytuacjach które zaistnieją po upływie okresu gwarancji.

WNIOSEK NR 5:

Dotyczy: Zapisów SIWZ- wzór umowy § 7 ust.1 ppkt. b) i c):

Kara w wysokości 20% ceny ofertowej brutto, jest bardzo wysoka. Standardowo, w umowach

na dostawy sprzętu medycznego, w przypadku jw. określone są kary od 5% do max 10% wartości przedmiotu umowy brutto. Nadmieniamy, że kara powinna mieć wyłącznie charakter dyscyplinujący. W związku z tym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez obniżenie kary za odstąpienie od umowy, do wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

WYJAŚNIENIA NR 5:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w ww. zakresie. Zarówno sama dostawa urządzenia jak i dostawa urządzenia wykonana w terminie ma dla Zamawiającego istotne znaczenie ze względu na obowiązującą Zamawiającego umowę dotyczącą współfinansowania zakupu urządzenia. Brak dostawy urządzenia lub dostawa urządzenia po ustalonym terminie może wiązać się z utratą zewnętrznych środków finansowania w wysokości dużo wyższej niż wysokości ustalonej kary umownej.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

STAROSTA
Powiatu Jędrzejńskiego

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)