

Mielec, dnia 30 października 2019 r.

Powiat Mielecki  
ul. Wyspiańskiego 6  
39-300 Mielec

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania pn. **„Dostawa ultrasonografu wraz z wyposażeniem”, numer referencyjny: WA.272.1.30.2019**

**WYJAŚNIENIA nr II  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 w zw. z ust. 2 i na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przedstawia treść kolejnych wniosków o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa ultrasonografu wraz z wyposażeniem” wraz z wyjaśnieniami:

**WNIOSEK NR 6:**

Czy Zamawiający zgodzi się, by aparat był podłączony do zdalnego serwisu, co przeloży się na szybszą diagnostykę i naprawę w razie problemów z aparatem?

**WYJAŚNIENIA NR 6:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**WNIOSEK NR 7:**

Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ punkt 52

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu (podjęcia

naprawy) od momentu zgłoszenia do 72 godzin (dni robocze) oraz wydłużenie czasu usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 5 dni od dnia dokonania zgłoszenia. czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy max. 10 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia.

#### **WYJAŚNIENIA NR 7:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w ww. zakresie.

#### **WNIOSEK NR 8:**

Dot. załącznika nr 3 § 1 punkt 8 podpunkt 5)

W związku z tym, że producent oferowanych aparatów stosuje jednorazowe, generowane na 24 godziny kody umożliwiające wykonanie serwisu aparatu, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie takiego rozwiązania, że - w przypadku konieczności zastosowania takiego kodu - Wykonawca wygeneruje i udostępni go Zamawiającemu na każde jego wezwanie przez okres 10 lat od daty zakończenia produkcji aparatu.

#### **WYJAŚNIENIA NR 8:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Spełnienie powołanych wyżej obowiązków będzie miało dla Zamawiającego istotne znaczenie w sytuacjach które zaistnieją po upływie okresu gwarancji.

#### **WNIOSEK NR 9:**

Dot. załącznika nr 3 § 7 punkt 1 a)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o obniżenie kar umownych do poziomu 0,2% za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

#### **WYJAŚNIENIA NR 9:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w ww. zakresie. Termin dostawy urządzenia ma dla Zamawiającego istotne znaczenie z uwagi na obowiązującą Zamawiającego umowę o finansowaniu zamówienia.

#### **WNIOSEK NR 10:**

Dot. Załącznika nr 6 Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 17

Czy Zamawiający dopuści, aby oferowany aparat posiadał prędkość maksymalną (przy zerowym kącie bramki) dla Dopplera Pulsacyjnego (PWD) od -10 m/s do 0 oraz od 0 do +10 m/s? Tak niewielka różnica nie wpłynie w żaden sposób na postawienie poprawnej diagnozy,

a pozwoli na złożenie oferty przez dodatkowych wykonawców.

**WYJAŚNIENIA NR 10:**

Zamawiający informuje, że oczekuje dostawy urządzenia zgodnego z SIWZ.

**WNIOSEK NR 11:**

dot. Załącznika nr 6 Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 23

Czy Zamawiający dopuści, aby oferowany aparat nie posiadał „Specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutkach, piersi, nerki, jądra, ścięgna itp.". Jest to narzędzie, które posiada tylko jeden producent aparatów ultrasonograficznych. Dopuszczenie aparatu bez opisywanej funkcji pozwoli na złożenie oferty przez dodatkowych wykonawców

**WYJAŚNIENIA NR 11:**

Zamawiający informuje, że oczekuje dostawy urządzenia zgodnego z SIWZ.

**WNIOSEK NR 12:**

dot. Załącznika nr 6 Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 35

Czy Zamawiający dopuści, aby oferowany aparat posiadał alternatywną opcję do funkcji opisanej przez Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie aparatu posiadającego funkcję MicroFlow Imaging (MFI): tryb obrazowania przepływów w wysokiej rozdzielczości. Ten tryb stanowi wariant Dopplera CPA (Color Power Angio), z lepszym obrazowaniem przepływów w małych strukturach naczyniowych o niskiej prędkości przepływu. Ten bardzo czuły tryb obrazowania umożliwia wizualizację takich struktur z minimalnym poziomem artefaktów ruchowych i utrzymaniem wysokiej liczby klatek na sekundę. Dopuszczenie tego rozwiązania pozwoli na złożenie oferty przez dodatkowych wykonawców.

**WYJAŚNIENIA NR 12:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**WNIOSEK NR 13:**

dot. Załącznika nr 6 Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 42

Czy Zamawiający dopuści, aby w oferowanym aparacie, głowica liniowa szerokopasmowa posiadała regulację uchyłności pola Dopplera na poziomie +/- 20°? Tak niewielka różnica nie wpłynie na jakość diagnostyczną aparatu, a pozwoli na złożenie oferty przez dodatkowych wykonawców.

**WYJAŚNIENIA NR 13:**

Zamawiający informuje, że oczekuje dostawy urządzenia zgodnego z SIWZ.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**STAROSTA**  
Powiatu Międnickiego

.....  
Sławomir Łowczak

(podpis Kierownika Zamawiającego (lub osoby upoważnionej))